



Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych w technice chemiluminescencji wraz z dzierżawą analizatora.

PARAMETRY GRANICZNE/BEZWZGLĘDNI WYMAGANE

WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE (PARAMETRY BEZWZGLĘDNI

WYMAGANE) - nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty

Analizator– fabrycznie nowy , rok produkcji -2022 r.

Producent / Firma : Kraj :

Lp.	Parametr	Potwierdzenie / Opis Wykonawcy
1	Analizator fabrycznie nowy ,rok produkcji 2022 r.	
2	Analizator stołowy sterowany za pomocą komputera, z ekranem dotykowym, z urządzeniem podtrzymującym zasilanie (UPS),wymagana dostawa stołu pod analizator	
3	Metoda pomiarowa: immunochemia w technice chemiluminescencji	
4	Test do oznaczania przeciwciał Borrelia możliwy do wykonania w próbkach ludzkiej surowicy, osocza oraz w płynie mózgowo rdzeniowym z jednego zestawu odczynników.	
5	Menu analizatora i instrukcja użytkownika w języku polskim.	
6	Wydajność min.80 testów/godzinę (różnych parametrów jednocześnie)	
7	Chłodzenie reagentów w aparacie	
8	Krzywe oparte na 2 kalibratorach	
9	Detekcja skrzepów z informacją dla operatora	
10	Możliwość oznaczania równocześnie do 10 różnych parametrów (10 zestawów odczynnikowych na pokładzie)	
11	Możliwość pracy w trybie 'pacjent po pacjencie' lub w trybie seryjnym	
12	Automatyczna kontrola stanu odczynników i materiałów zużywalnych	
13	Czytnik kodów kreskowych dla prób pacjentów i odczynników	
14	Dwukierunkowa komunikacja z LIS eskulap	
15	Certyfikat CE	



