

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Sali operacyjnej pododdziału kardiologii
Nr sprawy: DZPU.2632.41.2023

Nazwa Wykonawcy (podać):

Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4			
Lp.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wymóg do spełnienia (warunek graniczny)	OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy potwierdzić spełnianie wymogu oraz dokładnie opisać dany parametr.
1	Balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej		
1.1	kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego maszyną Datascope	TAK	
1.2	konstrukcja typu „co-lumen” (światło wewnętrzne styka się ze światłem zewnętrznym)	TAK	
1.3	dostępny w trzech objętościach: 25 cc (ml), 34 cc (ml), 40 cc (ml)	TAK	
1.4	maksymalny rozmiar 7,5 Fr	TAK	
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane rubryki w kolumnie pn. Oferowane parametry techniczne.			

.....
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej)

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Sali operacyjnej pododdziału kardiochirurgii

Nr sprawy: DZPU.2632.41.2023

Nazwa Wykonawcy (podać) :

Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 5

Lp.		WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wymóg do spełnienia (warunek graniczny)	OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca
LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy potwierdzić spełnianie wymogu oraz dokładnie opisać dany parametr.				
1	Kaniula tętnicza udowa z dyspersyjną końcówką z zestawem do przeszłokrótnego założenia			
1.1	Rozmiar 19Fr i 23Fr, długość min. 28cm		TAK	
1.2	Otwór wylotowy oraz liczne otwory boczne; kaniula zakończona konektorem 3/8"		TAK	
1.3	Zestaw w składzie: przewódnik typu J 0,035" x min 100 cm w osłonie, igła 18G, rozszerzadła: 12 Fr i 20Fr		TAK	

UMAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane rubryki w kolumnie pn. Oferowane parametry techniczne.

(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej)

do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SWZ

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Sali operacyjnej pododdziału kardiochirurgii***Nr sprawy: DZPU.2632.41.2023***

Nazwa Wykonawcy (podać):

Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 11			
Lp.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wymóg do spełnienia (warunek graniczny)	OFFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy potwierdzić spełnianie wymogu oraz dokładnie opisać dany parametr.
1	Cewnik do drenażu śródpierścia z kontrastem RTG prosty		
1.1	Wykonane z PCW o jakości medycznej, jałowe, jednorazowego użytku, z konektorem lub zakończeniem ułatwiającym aplikację, niepirogenne, z linią widoczną w promieniach RTG.	TAK	
1.2	Z centralnym i min 5 bocznymi otworami.	TAK	
1.3	Cewnik w rozmiarach: 28 Fr, 30 Fr, 32 Fr, długość min 55 cm.	TAK	
1.4	Możliwość wyboru rozmiaru przez Zamawiającego	TAK	
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane rubryki w kolumnie pn. Oferowane parametry techniczne.			

11

*(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)*