



**Odpowiedzi na pytania z dnia 01-12-2023 zadanych przez:
Consultronix sp. z o.o., z siedzibą w Balicach, ul. Przemysłowa
17**

**Dotyczącego: zapytania ofertowego na dostawę narzędzi
wielorazowego na potrzeby oddziału Okulistyki i Ambulatorium**

Pytanie nr. 1

- 1. (poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści pęsetę prostą o długości całkowitej 108 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża

Pytanie nr. 2

- 2. (poz. 4)** Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości całkowitej 110 mm, nie posiadające znaczników, narzędzie stalowe, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża

Pytanie nr. 3

- 3. (poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości całkowitej 105 mm, nie posiadające znaczników, ostre końce 0,4 mm, długość robocza 10 mm?

Odp. Tak, wyraża

Pytanie nr. 4

- 4. (poz. 7)** Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości całkowitej 105 mm, narzędzie stalowe, długość ramienia roboczego 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża

Pytanie nr. 5

- 5. (poz. 8)** Czy Zamawiający dopuści narzędzia osobno: czoper o długości ramienia 10 mm, tip 1,1 mm, pozostałe parametry bez zmian oraz rozdzielacz jądra o długości całkowitej 118 mm, narzędzie stalowe, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża



Pytanie nr. 6

6. (poz. 9) Czy Zamawiający dopuści czoper o końcówce roboczej 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża

Pytanie nr. 7

7. (poz. 10) Czy Zamawiający dopuści hak o długości całkowitej 115 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża

Pytanie nr. 7

8. (poz. 13) Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości całkowitej 82 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyraża

