

## PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Elektrometr klasy referencyjnej spełniający wymagania: IEC62467-1(brachyterapia)
2.	Tryby pomiarowe: dawka/moc dawki lub ładunek/prąd
3.	5" kolorowy ekran dotykowy (pojemnościowy) min. WVGA(800x480 pixeli) z podświetleniem
4.	Napięcie polaryzacji: $\pm 0..400V(\pm 0.5V)$ z krokiem 1V
5.	Interfejsy: USB 2.0, LAN, IEEE802,TCP/IP protocol
6.	System złącz: PTW-M (kompatybilny z posiadaną komorą studzienkową Sourcecheck 4Pi typ TM33005). Nie dopuszcza się oferowania adapterów ani przejściówek.
7.	Ilość kanałów pomiarowych: 1
8.	Zakresy pomiarowe: zgodnie z IEC60731, reference class Prąd: 400fA .. 2.6uA, ładunek: 4pC .. 9.3C
9.	Stabilność długoczasowa z różnica nie większą niż 0,5% na rok
10.	Uptywność własna nie większą niż 0,5%